

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक ..4051../क्रय/कोविड-19/2020

जबलपुर दिनांक 01/05/2020

निविदा आमंत्रण

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर के कोविड-19 में मरीजों के उपचार हेतु उपयोग हेतु अतीआवश्यक आवश्यक उपकरण हेतु सीमित निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा बंद लिफाफे में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम एवं पते में दिनांक 07/05/2020 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदा कार्य की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. सामग्री उच्च गुणवत्ता की होना चाहिए।
2. सफल फर्म को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत इस आशय का 100 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र के देना होगा कि फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, फर्म द्वारा न्यूनतम वित्तीय दर प्रदाय की गई है एवं फर्म द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त जानकारी सत्य है एवं समस्त शर्तें मंजूर है।
3. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. देयकों का भुगतान संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उपकरण/सामग्री की गुणवत्ता सत्यापन करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
5. बिना करण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जावेगा।
6. सफल फर्म को कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त तत्काल प्रदाय करना होगा।
7. यदि सामग्री की दर एमपीपीएचसीएल(MPPHSCL) या जेम (GeM) में अनुमोदित/उपलब्ध होने पर यह निविदा स्यंमेव अमान्य माना जायेगा।
8. सूची में वर्णित सामग्री का विनिर्देश एवं बाण्ड का निविदा में उल्लेख करना अनिवार्य है।
9. वित्तीय दर प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप निम्नानुसार है।

S.No	Name of Items	Minimum Quantity	Specification	Unit	Rate Inclusive of GST and all Taxes in Rs.
01	BIPAP	30	<ul style="list-style-type: none"> Modes: CPAP, Spontaneous, Spontaneous Timed and Time only. Should have backup rate Should have trigger sensitivity. Pressure Range : 3-25 cm H2O Weight: Less than 2KG Operating Temp: 5 to 40 degree Sound level: Less Than 28dB Ramp: Linear Ramp 0-45 in 5min. Incremental. Should be auto On/Off. Should have real time display Should have flow rounding. Should have event detection like AP, HYP, SN. Should have visual mask off alert. Electrical requirement 100V to 230V AC Should supply with full face mask. USFDA/EC 	Each	
02	CPAP	10	<ul style="list-style-type: none"> Mode: CPAP and Auto CPAP Pressure Range: 3-20 cm H2O Should have RAMP feature. Maximum Power Consumption :65 watts Should have pressure relief comfort technology Operating Temperature Range: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) Should have LED display Should have Networking and Report operation facility. Should have optional SP02 connectivity Should have optional humidifier. Should have USFDA and CE Should have reusable full face mask Should have reusable carry bag. USFDA/ CE 		
03	Digital BP Apparatus	20	<ul style="list-style-type: none"> Measurement Method: Oscillometric Display for Digital BP instrument: LCD(Liquid Crystal Digital Display) Range: Pressure measurement (mmHg): 0 to 300 Range: Pulse measurement for digital with accuracy & plusmn; 5%. (per minute): 40 to 200 Accuracy: Pressure measurement 		

			(mmHg): +/- 3 <ul style="list-style-type: none"> • Cuff Size: Large Size • Power Source: Power Adapter 		
04	Oxygen Flow Meter	200			
05	Oxygen Flow Splitter	200			
06	Humidifier	50			

अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक ..4051./क्रय/कोविड-19/2020

जबलपुर दिनांक 01/05/2020

निविदा आमंत्रण

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर के कोविड-19 में मरीजों के उपचार हेतु उपयोग हेतु अतीआवश्यक आवश्यक उपकरण हेतु सीमित निविदा आमंत्रित किये जाते है। निविदा पत्रक बंद लिफाफे में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम एवं पते में दिनांक 07/05/2020 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदा कार्य की शर्तें एवं अन्य जानकारी संस्था के वेबसाईट www.nscbmc.ac पर देखे जा सकते है।

S.No.	Name of Items
01	BIPAP
02	CPAP
03	Digital BP Apparatus
04	Oxygen Flow Meter
05	Oxygen Flow Splitter
06	Humidifier

अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर